



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS



Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής
Υποστήριξης
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας
<https://research.upatras.gr>
Τμήμα Προμηθειών
elketender@upatras.gr

Πάτρα, 26/05/2025
Αρ.Πρωτ. 53725

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Επί της Διακήρυξης με Αρ. Πρωτ. **51533/20-05-2025 (9/2025)**, που αφορά στην Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την Προμήθεια **εκπαιδευτικού εξοπλισμού** για τη **Γεωπονική Σχολή** του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος **372920 (ΑΔΑΜ: 25PROC016854379)**, με Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Στρατηγική Αριστεία του Πανεπιστημίου Πατρών με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180665» με κωδικό **Φ.Κ.: 83593** - Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (Κωδικός Δράσης: 16289), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU), **διευκρινίζεται ότι:**

Στον Πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι (σελ.73) για το είδος **6: Εργαστηριακό Μικροσκόπιο Διοφθάλμιο 1000x με φωτισμό Χ-LED (8 τεμ.)** αναφέρονται εκ παραδρομής λανθασμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ορθές τεχνικές προδιαγραφές του είδους 6 ακολουθούν:

Μεγεθύνσεις (x) 40-1000 Αντικειμενικός 1 4x Αντικειμενικός 2 10x Αντικειμενικός 3 40x Αντικειμενικός 4 100x (oil) Κεφαλή Περιστρεφόμενη κατά 360°, ο φωτισμός μπορεί να είναι LED ή αλογόνου, ρυθμιζόμενη Μικρομετρική Εστίαση Ακριβείας Προσοφθάλμιο WF10x/18mm Διαστάσεις Τράπεζας (mm) 140x140 Είδος Τράπεζας Μετακινούμενη με κλίμακα Κεφαλή: Διόφθαλμη, περιστρεφόμενη κατά 360°, με κλίση 30° Υλικό οπτικών: Οπτικό γυαλί με αντιμυκητιακή επίστρωση Διάμετρος σωλήνα προσοφθαλμίου: 23,2mm Περιστρεφόμενο ρύγχος: 4 αντικειμενικοί Διακορική απόσταση: 55-75 mm Περιθώρια κίνησης τράπεζας μέσω του μηχανισμού εστίασης: 75/50 mm Ρύθμιση διοπτρίας προσοφθαλμίου: ±5 διοπτρίες Συμπυκνωτής: Abbe N.A. 1.25 με διάφραγμα ίριδας και υποδοχή φίλτρου Διάφραγμα: Ίριδας Εστίαση: Ομοαξονική, χοντρική (0.5mm) και ακριβείας (0.002mm), με οδοντωτό τροχό και γρανάζι (rack pinion) Υλικό σώματος: Μεταλλικό Τύπος φωτεινής πηγής: φωτισμός από κάτω, 6V/20W, 85–230V AC Τροφοδοσία: 100 – 240 V Φίλτρα: Μπλε, πράσινο, κίτρινο Επιπλέον: συλλέκτης φακός, φωτισμός Köhler, συμπυκνωτής σκοτεινού πεδίου Εγγύηση εφ' όρου ζωής Διαθέτει ρύθμιση φωτεινότητας Στην συσκευασία περιλαμβάνονται επιπλέον : Κάλυμμα προστασίας από σκόνη Φιάλη με έλαιο κατάδυσης 2 εφεδρικές ασφάλειες Καλώδιο τροφοδοσίας μικροσκοπίου Εγχειρίδιο οδηγιών

(Η παρούσα διευκρίνιση θα δημοσιευθεί στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθ. Χρήστος Ι. Μπούρας
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών